



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 032 258 16 31÷9, fax: 032 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** Bank Pekao S.A. O/Katowice
nr 65 1240 4227 1111 0000 4841 8133
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem VAT

FZ-1/4507/KB/16

Katowice, dnia 20.04.2016

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę piknomietru gazowego do pomiaru gęstości właściwej

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, wpłynęły do nas zapytania dotyczące treści SIWZ, na które odpowiadamy bezpośrednio pod pytaniami:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający zaakceptuje aparat wyposażony w trzy cele pomiarowe o pojemności: 10 cm³, 50 cm³, 135 cm³ - pkt nr 2 opisu.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, przy spełnieniu wymagań pkt 2, i pkt 4 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, oraz przy wykluczeniu wpływu objętości dwóch cel na pomiar w dowolnej trzeciej celi. Aparat powinien być wyposażony w wzorce objętości do kalibrowania wszystkich cel przy spełnieniu wymagań pkt 10. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 2

2. Czy Zamawiający zaakceptuje szybszy i bardziej niezawodny sposób komunikacji z PC za pośrednictwem portu Ethernet /co dodatkowo umożliwia obsługę urządzenia przez dowolną przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca/ oraz dodatkowo dwa porty USB umożliwiające podłączenie pamięci zewnętrznej /2 GB w dostawie z aparatem/ i dowolnej drukarki - pkt nr 9 opisu.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, przy spełnieniu wymagań pkt 9. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Komunikacja z komputerem zewnętrznym celem obróbki danych pomiarowych w popularnych arkuszach kalkulacyjnych oraz wyjście (interfazę) do opcjonalnego urządzenia do pomiaru gęstości pozornej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Mgr Monika Wallenburg