



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ OGŁOSZEŃ GIG

Nr sprawy: FZ - 1/5028/SK/18/KD-3

Katowice, dnia 01.08.2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na **dostawę czujników ciśnienia**.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania przetargowego, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38, ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), podaje odpowiedzi poniżej:

Pytanie od Wykonawcy:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do organizowanego przez Państwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: „**Czujników ciśnienia**” – znak sprawy: **FZ-1/5028/SK/18/KD-3**, zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 2 szt. dynamicznych czujników ołówkowych o następujących parametrach:
 - zakres pomiarowy: 3447 kPa (500 psi),
 - maksymalne ciśnienie 34,474 MPa,
 - czułość pomiarowa: 1,45 mV/kPa,
 - częstotliwość rezonansowa ≥ 400 kHz,
 - nieliniowość $\leq 1\%$,
 - temperatura użytkowania, zakres od -73 do 135°C
 - połączenie elektryczne: BNC Jack,
 - element czuły: kwarc
 - napięcie zasilania czujnika: 22 do 30 VDC,
 - stała czasowa rozładowania $\geq 0,2$ s
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na dostawę 2 szt. czujników o w/w parametrach.

Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

W związku z udzieleniem przez Zamawiającego w/w odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) Zamawiający dokonał zmian w treści SIWZ (zmiany zaznaczono **kolorem czerwonym**).

Biorąc pod uwagę zakres dokonanych zmian w SIWZ, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,2018), **termin składnia ofert zostaje przedłużony do dnia 08.08.2018 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2018r. o godz. 10:15 w Głównym Instytucie Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), II piętro, pokój 226.

*Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji Przetargowej*


mgr Monika Wallenburg

**TECHMAT
STRATEG**



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Zakup jest realizowany w ramach projektu pt. „Materiały o strukturze nanokrystalicznej i amorficznej do konstrukcji wkładek kumulacyjnych do zastosowania w przemyśle wydobywczym” na podstawie umowy nr TECHMATSTRATEG1/349156/13/NCBR/2017
Akronim projektu: NMATDRILL



Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu Nowoczesne technologie materiałowe - TECHMATSTRATEG