



Nr sprawy: FZ - 1/4806/SK/17/BH

Katowice, dnia 21.12.2017 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych **na dostawę aparatury grawimetrycznej.**

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące cz. II (grawimetry do ciągłych obserwacji zmian pola grawitacji ziemskiej – 2 szt.), na które Zamawiający, zgodnie z Art. 38 ust 1 i 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), podaje odpowiedzi poniżej:

PYTANIE NR 1:

Jaka powinna być minimalna częstotliwość próbkowania rejestrowanego sygnału przez grawimetr?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Minimalna częstotliwość próbkowania musi wynosić 1Hz

PYTANIE NR 2:

Czy grawimetry powinny być stabilizowane termicznie?


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Tak, grawimetry muszą być stabilizowane termicznie w zakresie poniżej 0.1 C.

Biorąc powyższe informacje zawiadamiamy, iż zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wprowadził zmiany do opisu przedmiotu zamówienia, a tym samym przedłużył termin składania ofert **do dnia 26.01.2018 r.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2018 r. o godz. 10:30 w Głównym Instytucie Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), II piętro, pokój 226.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Monika Wallenburg