



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 032 258 16 31÷9, fax: 032 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** Bank Pekao S.A. O/Katowice
nr 65 1240 4227 1111 0000 4841 8133
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem VAT

FZ-1/4884/KB/2017

Katowice, dnia 19.01.2018

Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, wpłynęły do Głównego Instytutu Górnictwa zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod pytaniem:

Zamawiający w części pierwszej postępowania FZ-1/4884/KB/17 dotyczącej urządzenia do badań nieniszczących stanu technicznego konstrukcji stalowych i żelbetonowych za pomocą emisji i rejestracji ultradźwięków nie wymienił jakichkolwiek akcesoriów pomiarowych np. głowic, wzorców, przewodów połączeniowych do głowic.

Czy zamawiający nie wymaga wyposażenia defektoskopu w wyżej wymieniony osprzęt? Jeżeli dodatkowe wyposażenie jest wymagane wnosimy o sprecyzowanie akcesoria są dla zamawiającego niezbędne i podanie ich parametrów.

Odpowiedź : Zamawiający uzupełnia opis techniczny o następujące elementy:

13. Funkcja w defektoskopie pozwalająca na osobną regulację wzmocnienia echa dna,
14. Głowice podwójne 2 i 4 MHz z przetwornikiem 11mm,
15. Głowice pojedyncze 2 i 4MHz z przetwornikiem 10mm i membraną ochronną,
16. Dwa kable do głowic pojedynczych i kabel do głowic podwójnych,
17. Wzorzec z W1 ze stali węglowej.

Termin składania ofert tj. 26.01.2018 godz. 10.00 nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Monika Wallenburg