

**GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICCTWA**

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

T: 32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu

Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090560



**G Ł Ó W N Y  
I N S T Y T U T  
G Ó R N I C T W A**

Nr sprawy: **FZ-1/5214/SK/19/NOZ**

Katowice, dn. 18.07.2019 r.

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie do zapytania ofertowego na dostawę automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z usługą szkolenia.**

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym w/w postępowaniem, do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania, na które Zamawiający podaje odpowiedzi poniżej:

**PYTANIE nr 2:**

Szanowni Państwo,

w związku z postępowaniem na dostawę automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z usługą szkolenia, zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający dopuści rozwiązanie defibrylator medyczny i dodatkowo defibrylator treningowy? Jako firma promująca i sprzedająca AED pragniemy zauważyć że podczas wykonywania treningów zużywamy baterię przeznaczoną do defibrylacji, co może skutkować nie zadziałaniem urządzenia w razie potrzeby. Defibrylator AED powinien być zawsze gotowy do użycia i stosowany jedynie do celów ratunkowych. Opcja osobnego urządzenia ratunkowego i szkoleniowego jest bezpieczniejszym rozwiązaniem.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dodatkowego defibrylatora treningowego.

**PYTANIE nr 3:**

Dzień dobry,

w związku z postępowaniem na zakup defibrylatora AED proszę również o informację, czy dopuszczają Państwo sprzęt z baterią o 4 letniej gwarancji i deklarowanej liczbie wyładowań 100?

**UZASADNIENIE:**

Przy jednej akcji ratowniczej ilość defibrylacji to maksymalnie 5-6 wyładowań. Jeśli po takiej ilości serce poszkodowanego nie reaguje, odstępuje się od dalszych działań poza reanimacją. Ilość 200 wyładowań na jednej baterii to zapas ponad 5 krotnie przekraczający realne zapotrzebowanie. Jednocześnie w przypadku użycia AED w celu ratowania życia oferujemy bezpłatną nową baterię po każdej akcji ratowniczej, co powoduje, że Zamawiający niezależnie od czasu i częstotliwości używania AED po każdorazowej akcji będzie wyposażony w nową baterię zapewniającą kolejne 100 wyładowań.

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie baterii z terminem przydatności 4 lata, ale gwarancją wymiany na nową po każdorazowym użyciu co będzie ekonomicznie dużo lepszym rozwiązaniem.**

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:**

Zamawiający dopuszcza baterie z terminem 4 - letniej przydatności i gwarancją wymiany na nową po każdorazowym użyciu.

**W związku z udzieleniem powyższych odpowiedzi, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 25.07.2019 r.**

*Z poważaniem,*

Kierownik Działu Handlowego  
Główny Instytut Górnictwa

*mgr Monika Walleburg*