

Pytania oferentów – odpowiedzi Zamawiającego dotyczące :

Zapytania ofertowego z dnia 13.04.2017 r. dotyczące dostawy 2 sztuk dygestoriów dla Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:


1. Czy Zamawiający dopuści dygestorium o gabarytach zewnętrznych 120x96x260 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
2. Czy Zamawiający dopuści dygestorium o gabarytach zewnętrznych 120x96x240 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
3. Czy Zamawiający dopuści dygestorium z ramą okienną wykonaną z aluminium malowanego farbami epoksydowymi chemoodpornymi, odpornymi na agresywne środki chemiczne? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
4. Czy Zamawiający dopuści dygestorium z sufitem wykonanym z żywicy fenolowej odpornej na agresywne środki chemiczne? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
5. Czy Zamawiający dopuści dygestorium z sufitem wykonanym z polipropylenu odpornego na agresywne środki chemiczne? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Ad. 1 i 2 : Zamawiający dopuszcza , z tym że wymagane są maksymalne wymiary wewnętrzne komór roboczych.

Ad. 3,4,5 : Zamawiający nie dopuszcza ze względu na bardzo wysokie temperatury oraz bardzo agresywne środki chemiczne .

Katowice, 18.04.2017



K I E R O W N I K
Działu Technicznego
Głównego Instytutu Górniczego

inż. Bogdan Chrzan

