

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Oznaczenie sprawy: FZ - 1/5194/AJ/19

Katowice, dn. 17.07.2019 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę zestawu wyciągowego – dygestorium (1 zestaw)

W związku ze złożeniem przez jedną z firm zapytań do w/w „zapytania ofertowego” Zamawiający odpowiada:

Pytania firmy:

„1. Zamawiający określił, że „wymagane jest dygestorium do ogólnych prac chemicznych, certyfikowane zgodnie z normą EN 14175-2,3 oraz 7”.

Proszę o określenie jakiego certyfikatu Państwo oczekujecie? Kto ma być wystawcą tego certyfikatu? Jakie kwalifikacje na posiadać wystawca tego certyfikatu?

2. Zamawiający określił, że „wymagane jest dygestorium do **ogólnych prac chemicznych**, certyfikowane zgodnie z normą EN 14175-2,3 oraz 7”.

Cześć 7 normy EN 14175 dotyczy wyciągów laboratoryjnych (dygestoriów) specjalnego przeznaczenia. Norma precyzuje wymagania do różnych typów dygestoriów specjalnego przeznaczenia w zależności od prowadzonych w nich prac oraz urządzeń do nich podłączonych.

W kontekście, że zamawiający określił, że zamawia „dygestorium do ogólnych prac chemicznych” prosimy o sprecyzowanie jakie prace będą wykonywane w danym dygestorium.

Aby urządzenie było zgodne z wymogami siódmej części normy należy uwzględnić w jego konstrukcji specjalne jego przeznaczenie. Nie można bowiem zaoferować ogólnego dygestorium zgodnego z siódmą częścią normy gdyż nie miał by to sensu.

Czy żądanie tego certyfikatu jest uzasadnione?”

Odpowiedzi Zamawiającego:

- odp. na pytanie 1: zgodnie z informacjami z zapytania ofertowego, załącznik nr 3, pkt 5 (str. 3): dygestorium ma posiadać zaświadczenie, wystawione przez niezależne od producenta laboratorium akredytowane, z przeprowadzonego badania zgodności z normą EN 14175 cz. 2, 3 i 7.

- odp. na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że prace wykonywane w dygestorium będą obejmowały pracę z substancjami szkodliwymi, żrącymi (w tym stężonymi kwasami) oraz wysoką temperaturą. Dygestorium powinno spełniać wymóg normy 14175 cz. 2, 3 oraz 7, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, wydanym przez niezależne od producenta akredytowane laboratorium.

Biorąc pod uwagę powyższe pytania i odpowiedzi, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do: 19.07.2019 r.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego


mgr Monika Wallenburg