

GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

T: 32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu

Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Regon: 000023461. NIP: 6340126016, KRS: 0000090660



GLÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICTWA

Nr sprawy: FZ-1/5214/SK/19/NOZ

Katowice, dn. 17.07.2019 r.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie do zapytania ofertowego na dostawę automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z usługą szkolenia.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym w/w postępowaniem, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawiający podaje odpowiedź poniżej:

PYTANIE:

Dzień dobry

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem nr FZ-1/5214/SK/19/NOZ prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w Państwa zapisach.

Napisali Państwo w wymaganiach i parametrach technicznych iż:

- Warunki gwarancji i rękojmi – Zamawiający wymaga: minimum 5 – letniej gwarancji producenta na defibrylator; elektrody na minimum 2 – letniej gwarancji; bateria - gwarancja na minimum 200 wylądowań i gotowość minimum 4 lata, ważność baterii minimum 4 lata.

Natomiast w umowie w **5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU GWARANCJI I REKOJMI**

1. SPRZEDAJĄCY udzieli gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia na następujących warunkach:

- a) minimum 5 – letnia gwarancja producenta na defibrylator;
- b) elektrody na minimum 2,5 – letniej gwarancji;
- c) bateria - gwarancja na minimum 200 wylądowań i gotowość minimum 5 lat;
- d) ważność baterii minimum 5 lat.

Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru „przedmiotu umowy”. Powyższa gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi urządzenia oraz części i materiałów eksploatacyjnych.

Informację tę nie pokrywają się. Prosimy o doprecyzowanie jakich parametrów Zamawiający wymaga?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający informuje, iż we wzorze umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) nastąpiła omyłka.

Prawidłowy zapis to:

2. SPRZEDAJĄCY udzieli gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia na następujących warunkach:

- a) minimum 5 – letnia gwarancja producenta na defibrylator;
- b) elektrody na minimum 2 – letniej gwarancji;
- c) bateria - gwarancja na minimum 200 wylądowań i gotowość minimum 4 lata;
- d) ważność baterii minimum 4 lata.

Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru „przedmiotu umowy”. Powyższa gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi urządzenia oraz części i materiałów eksploatacyjnych.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa dnia **23.07.2019r.**

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego
Główny Instytut Górnictwa

Monika Walleburg
mgr Monika Walleburg