



G Ł Ó W N Y  
I N S T Y T U T  
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice  
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.  
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660  
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Nr sprawy: FZ-1/4912/SK/17/NOZ

Katowice, dn. 08.01.2018 r.

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na **dostawę automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z usługą szkolenia.**

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający podaje odpowiedzi poniżej:

**PYTANIA:**

Jako firma od lat zaangażowana w promowanie programu PAD (Publicznego Dostępu do Defibrylacji) i specjalizująca się w sprzedaży najwyższej jakości defibrylatorów AED, zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

Pytanie nr 1.

**dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia Wymagania i parametry techniczne.**

Czy Zamawiający poprzez zapis: "wodo i wstrząsoodporny (wymagany stosowny certyfikat)" oraz "odporność na strumień wody i ochrona przed pyłem" rozumie spełnienie normy bezpieczeństwa IP 55 oraz normy gwarantującej odporność urządzenia na upuszczenie z wysokości 1,2 metra na dowolną powierzchnię? IP55 to stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed pyłem i strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony.

Pytanie nr 2.

**dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia Wymagania i parametry techniczne.**

Zamawiający wymaga urządzenia, które posiada możliwość używania na mokrych i metalowych powierzchniach. Oficjalna publikacja Europejskiej Rady Resuscytacji przytacza badania stwierdzające, iż stosowanie AED w w/w środowisku jest bezpieczne, jak również Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne w swoich wytycznych potwierdza, że metalowe powierzchnie "nie stanowią zagrożenia porażenia dla ofiary lub ratownika".

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działając z autoryzacji producenta (na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 13 oraz art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych) oferowanego defibrylatora przedstawił stosowne oświadczenie potwierdzające spełnienie tego parametru?

Pytanie nr 3.

**dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia Wymagania i parametry techniczne.**

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie niezależnego urządzenia szkoleniowego, które jest wierną kopią urządzenia medycznego?

Na polskim rynku tylko jeden defibrylator HeartStart FRx firmy Philips jest w stanie spełnić kryterium Zamawiającego. Z uwagi na fakt, iż wskazany defibrylator pracuje na tej samej baterii zarówno w trybie szkoleniowym jak i terapeutycznym, rozwiązanie to jest nieekonomiczne dla użytkownika, a przede wszystkim rodzi ryzyko rozładowania baterii podczas szkoleń lub pozostawienie w urządzeniu elektrod szkoleniowych, które nie zadziałają w akcji ratowania życia.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Ad. 1 Tak, spełnienie minimalnej ochrony na poziomie normy IP55.

Ad. 2 Tak, Zamawiający wymaga przedstawienia stosownego oświadczenia potwierdzającego możliwość używania AED na mokrych i metalowych powierzchniach.

Ad. 3 Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z niezależnym urządzeniem treningowym.

W związku z doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia (zmiany zaznaczono na czerwono), Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert **do 15.01.2018 r. do godz. 10:00.**

*Z poważaniem,  
Kierownik Działu Handlowego*

  
*mgr Monika Wallenburg*