

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

T: 32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu

Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090660



**G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A**

Nr sprawy: FZ-1/5169/SK/19/BH

Katowice, dn. 11.04.2019 r.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na dostawę zestawu naprawczego do sond geofonowych zawierającego 5 szt. gumowych elementów, 10 szt. opasek i 1 szt. naprężarki.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym w/w postępowaniem, do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania, na które Zamawiający podaje odpowiedzi poniżej:

PYTANIA:

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o podzielenie Państwa postępowania na części, z perspektywy w wymienionego w nim asortymencie oraz modyfikację treści zapytania z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Prośbę swoją motywuję utrudnioną dostępnością elementów gumowych o definiowanych parametrach, które byłyby dla Państwa satysfakcjonujące jakościowo, a tym samym gwarantowałyby dalsze bezawaryjne użytkowanie Państwa sprzętu pomiarowego w różnych warunkach terenowych.

Zwracam się również z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji do poz.3 postępowania ofertowego. Proszę o informację czy naprężarka ma posiadać naciąg ślimakowy czy mniej wytrzymały sprężynowy?

Zważywszy na powyższe zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na podział przedmiotu zamówienia na 2 części:

Część 1 - 5 szt. gumowych elementów+ 10 szt. opasek

Część 2 - 1 szt. naprężarki

Naprężarka musi posiadać naciąg ślimakowy.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przedłużony i upływa dnia 18.04.2019 r.

*Z poważaniem,
Kierownik Działu Handlowego*

Monika Wallenburg
mgr Monika Wallenburg