



- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

Oznaczenie sprawy: FZ-1/4722/MKO/17

Katowice, dn. 10.04.2017 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu laboratoryjnego

W dniu 06.04.2017 r. oraz 07.04.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania odnośnie Części I i II, na które odpowiadamy poniżej.

PYTANIE 1 dla Części II Eksykator szafkowy

„Wymiary zewnętrzne się zgadzają natomiast napisane w zapytaniu wymiary użytkowe są to fizycznie wymiary wewnętrzne eksykatora. Wymiary użytkowe to 321x365x460 mm.

Czy takie wymiary będą odpowiednie (wymiary wg karty katalogowej producenta)?”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zgadza się na podane w zapytaniu wymiary użytkowe eksykatora.

PYTANIE 2 dla Części I Piec laboratoryjny

„Czy Zamawiający dopuści piec laboratoryjny o szerokości komory 180 mm oraz wysokości zewnętrznej 695 mm, spełniający pozostałe wymiary wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wyraża zgody na szerokość komory 180 mm. Wynika to z szerokości stosowanych przez Zamawiającego wanierek do wyżarzania, podane przez Zamawiającego wymiary komory pozwalają na maksymalne wykorzystanie pieca. Wysokość zewnętrzna pieca 695 mm spełnia wymagania podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ("nie więcej niż 700 mm").

PYTANIE 3 dla Części I Piec laboratoryjny

„Czy Zamawiający dopuści piec laboratoryjny o jednorodności temperatury wynoszącej $\pm 5^{\circ}\text{C}$? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuści piec o stabilności temp. $\pm 5^{\circ}\text{C}$

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert ulega zmianie, tj. upływa dnia 19.04.2017r.

Z poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg